

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**

**CONVÊNIO nº: 050/2024/ SMS.G SERMAP**

O INSTITUTO SUEL ABUJAMRA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n.º 05.095.474/0001-88, através da sua autoridade competente, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da Cotação Prévia de Preços de que trata do **PROCESSO SEI: 6018.2024/ 0088456-2**, que teve por objetivo a aquisição de **TONÔMETRO PORTÁTIL**, em conformidade com a quantidade e especificações constantes no instrumento convocatório.

Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições do Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 424/16 e os princípios basilares da Lei Federal nº 14.133/2021.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO a cotação prévia de preços, referente ao item supracitado, e ADJUDICO ao proponente, conforme detalhamento abaixo. Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Qtde</b>	<b>Fornecedor</b>	<b>Valor unitário</b>	<b>Valor total</b>
34	TONÔMETRO PORTÁTIL QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE REBOTE PARA AFERIR A PRESSÃO INTRAOCULAR SEM A NECESSIDADE DE ANESTESIA, SOPROS DE AR OU HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA OPERAÇÃO, DEVE UTILIZAR A TECNOLOGIA DE REBOTE QUE SE BASEIA NO MÉTODO PATENTEADO DE RECUPERAÇÃO UTILIZANDO A INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA PARA O IMPULSO DE UMA SONDA DESCARTÁVEL, O QUE PERMITE QUE A PRESSÃO INTRAOCULAR SEJA MEDIDA COM PRECISÃO, DE FORMA RÁPIDA E SEM ANESTESIA. O APARELHO DEVE CONTER SISTEMA DE AFERIÇÃO INTELIGENTE QUE EVITE ERROS ATRAVÉS DE ALGORITMO DE SOMATÓRIA MEDIA DESCARTANDO MEDIDAS NÃO CONFIÁVEIS. O SISTEMA DE AFERIÇÃO TAMBÉM DEVE CONTER ASSISTENTE DE POSICIONAMENTO VISUAL QUE AUXILIE NO POSICIONAMENTO E ALINHAMENTO DA SONDA AO CENTRO DA CÓRNEA DO PACIENTE, EVITANDO MEDIDAS QUE SEJAM REALIZADAS FORA DA ÁREA PADRÃO DE EXAME. EM SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS O ERRO MÉDIO ESTATÍSTICO DE MEDIDA NÃO PODE SER MAIOR DOQUE +/- 1.2MMHG PARA MEDIDAS ATÉ 20MMHG E +/- 2.2 MMHG PARA MEDIDAS MAIORES QUE 20 MMHG. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS DISPONÍVEIS AO MERCADO DE CONSUMO E FÁCIL ACESSO E DE NÃO FABRICAÇÃO PROPRIETÁRIA.	03	Adapt	<b>R\$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)</b>	<b>R\$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais)</b>

Agradecemos a todos os fornecedores que enviaram os orçamentos para o Instituto Suel

Abujamra.

São Paulo, 01 de novembro de 2024.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Caio Abujamra', with a long vertical stroke extending upwards from the end of the signature.

**Caio Abujamra**  
**Diretor Presidente**