

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS

CONVÊNIO Nº 004/SMS.G/2024

O INSTITUTO SUEL ABUJAMRA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n.º 05.095.474/0001-88, através da sua autoridade competente, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da Cotação Prévia de Preços de que trata do Processo SEI nº 6010.2024/0000436-4 que teve por objetivo a aquisição de MICROSCOPIA ESPECULAR, em conformidade com a quantidade e especificações constantes no instrumento convocatório.

Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições do Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 424/16 e os princípios basilares da Lei Federal nº 14.133/2021.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO a cotação prévia de preços, referente ao item supracitado, e ADJUDICO ao proponente, conforme detalhamento abaixo. Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.

Item	Descrição	Qtde	Fornecedor	Valor unitário	Valor total
1	<p>Aparelho para contagem e análise das células endoteliais da córnea nos modos manual e automático com tecnologia FULL AUTO TRACKING (Captura Automática sem auxílio de operador), monitor com sensibilidade ao toque (touch-screen) de LCD de no mínimo 10" polegadas incorporado ao equipamento permitindo ao operador realizar todas as funções de uso e operação sem a necessidade de conexão com um computador externo. Área de cobertura fotográfica ampla de no mínimo 0.25 x 0.54mm. Análises mínimas aceitáveis: Número de células, Densidade celular, Média de célula na área medida, Coeficiente de variação das células na área medida, Desvio padrão das células analisadas, indicar o máximo e o mínimo de células na área examinada – realizar os histogramas da área (Polimegatismo) e Eixo (Pleomorfismo – formato das células endoteliais) Funções que permite analisar ampla área de captura de imagem incluindo a periferia externa de no mínimo 16 imagens de uma única vez em pelo menos 13 pontos da córnea para analisar imagens capturadas de córneas de pacientes com opacidades parcial, com opção de indicar o local de captura da imagem a ser definida pelo operador. Medir a espessura central da córnea examinada de modo simultâneo e estimando a medida no modo de ultra-som. Analisar a área escura ou seja Córnea Guttata, com eficiência determinando de forma automática e excluindo a mesma dos resultados em análise e possibilitando calcular e demonstrar o raio da área escura (Córnea Guttata), alta velocidade de na realização total do exame ou seja capturando, e realizando a análise em no máximo 6 segundos, captura que garante o conforto ao paciente e qualidade no resultado do exame, impressora integrada para fornecer a imagem do endotélio bem como os resultados analisados sem a necessidade de uma impressora externa e de computador externo. Banco de Dados amplo com função backup através de cartão SD, permitir a comunicação de dados com sistemas externos para transferência de dados com as seguintes características técnicas mínimas:</p> <p>Especificações técnicas mínimas aceitáveis: Método de aquisição de imagem: Não contato Área da captura de imagem: 0.25 x 0.5mm Modo de medição: Auto, manual, Captura manual com alinhamento automático Posição de Captura: 1 Central + 12 pontos periféricos Precisão na medição da Espessura da Córnea: +/- 10µm Método de análise: Análise automática / L-Count / Método principal VALORES ANALISADOS MÍNIMOS Número (número de células analisadas) CD (densidade da célula na área) AVG (média das células analisadas na área) SD (desvio padrão das células analisadas na área) CV (coeficiente de variação das células na área) MAX (Máximo de células analisadas na área) MIN (Mínimo de células analisadas na área) HISTOGRAMAS Área (Polimegatismo: análise por área) Eixo: (Pleomorfismo: Análise das formas poligonais) UNIDADE PRINCIPAL Monitor/ Tela: LCD Colorida com tecnologia TOUCH SCREEN (tela sensível ao toque) de 10" (pol) Limites aproximados de movimentação nos eixos (XYZ): 88mm (eixo X), 40mm (eixo Y), 50mm (eixo Z) Impressora térmica: integrada ao equipamento SAÍDA DE DADOS MÍNIMAS USB-Hx2, USB-Dx2, LAN, Cartão SD (Para dados internos) Fonte de Energia 100 VAC-240VAC; 50/60 Hz, 100 VA</p>	1	OFTSERVICE COMERCIO IMPORTACAO E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº: 05.438.137/0001-46	96000,00	96.000,00(Noventa e seis mil Reais)

Agradecemos a todos os fornecedores que enviaram os orçamentos para o Instituto Suel Abujamra.

São Paulo, 09 de agosto de 2024.

