

**TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DA COTAÇÃO PRÉVIA DE PREÇOS**

CONVÊNIO 043/SMS.G/2024

O INSTITUTO SUEL ABUJAMRA, inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda CNPJ/MF sob n.º 05.095.474/0001-88, através da sua autoridade competente, torna público para conhecimento dos interessados, o resultado da Cotação Prévia de Preços de que trata do Processo SEI 6018.2024/0069396-1 que teve por objetivo a aquisição de **TONOMETRO PORTÁTIL**, em conformidade com a quantidade e especificações constantes no instrumento convocatório.

Foi em toda sua tramitação atendida à legislação pertinente, em especial as disposições do Decreto nº 6.170/07, Portaria Interministerial nº 424/16 e os princípios basilares da Lei Federal nº 14.133/2021.

Desse modo, satisfazendo à lei e ao mérito, HOMOLOGO a cotação prévia de preços, referente ao item supracitado, e ADJUDICO ao proponente, conforme detalhamento abaixo. Estando tudo em conformidade com a Ata de Sessão de Julgamento.


Item	Descrição	Qtde	Fornecedor	Valor unitário	Valor total
20	<b>DESCRIÇÃO:</b> TONÔMETRO PORTÁTIL QUE UTILIZA TECNOLOGIA DE REBOTE PARA AFERIR A PRESSÃO INTRAOCULAR SEM A NECESSIDADE DE ANESTESIA, SOPROS DE AR OU HABILIDADES ESPECÍFICAS PARA OPERAÇÃO, DEVE UTILIZAR A TECNOLOGIA DE REBOTE QUE SE BASEIA NO MÉTODO PATENTEADO DE RECUPERAÇÃO UTILIZANDO A INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA PARA O IMPULSO DE UMA SONDA DESCARTÁVEL, O QUE PERMITE QUE A PRESSÃO INTRAOCULAR SEJA MEDIDA COM PRECISÃO, DE FORMA RÁPIDA E SEM ANESTESIA. O APARELHO DEVE CONTER SISTEMA DE AFERIÇÃO INTELIGENTE QUE EVITE ERROS ATRAVÉS DE ALGORITMO DE SOMATÓRIA MEDIA DESCARTANDO MEDIDAS NÃO CONFIÁVEIS. O SISTEMA DE AFERIÇÃO TAMBÉM DEVE CONTER ASSISTENTE DE POSICIONAMENTO VISUAL QUE AUXILIE NO POSICIONAMENTO E ALINHAMENTO DA SONDA AO CENTRO DA CÓRNEA DO PACIENTE, EVITANDO MEDIDAS QUE SEJAM REALIZADAS FORA DA ÁREA PADRÃO DE EXAME. EM SUAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS O ERRO MÉDIO ESTATÍSTICO DE MEDIDA NÃO PODE SER MAIOR DOQUE +/- 1.2MMHG PARA MEDIDAS ATÉ 20MMHG E +/- 2.2 MMHG PARA MEDIDAS MAIORES QUE 20 MMHG. FONTE DE ALIMENTAÇÃO ATRAVÉS DE BATERIAS DISPONÍVEIS AO MERCADO DE CONSUMO E	02	ADAPT PRODUT OS OF'TALMOLOGIC OS LTDA	R\$ 36.000,00 (trinta e seis mil reais)	R\$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais)

	FÁCIL ACESSO E DE NÃO FABRICAÇÃO PROPRIETÁRIA.				
--	--	--	--	--	--

Agradecemos a todos os fornecedores que enviaram os orçamentos para o Instituto Suel

Abujamra.

São Paulo, 28 de outubro de 2024.



**Caio Abujamra**  
**Diretor Presidente**